科源检测

2016150026U

检 测 报 告

Testing Report

聊科环检字 第 201811104 号

检测类别：地下水

受检单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司

委托单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司

报告日期：2018 年 11 月 15 日

聊城市科源环保检测服务中心

由 扫描全能王 扫描创建

检 测 报 告 说 明

1. 报告无本中心检测专用章、骑缝章无效。

2. 报告内容需填写齐全，无本中心授权签字人的签字无效。

3. 经复制的报告无重复加盖“检测专用章”无效。

4. 报告需填写清楚，涂改无效。

5. 对委托单位送样检测，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

6. 检测结果仅对本次样品有效。

7. 未经本中心同意，本报告不得用于广告宣传和公开传播等。

8. 对检测报告如有异议，请在收到报告之日起十五日内向本中心提出，过期不予受理。

9. 《检测报告》的报告编号是唯一的，即每一个报告编号仅对应唯一的《检测报告》。

检测地址：聊城市东昌府区湖南西路 19 号
西安交大科技园 3 号楼 2 楼
邮政编码：252000
电　　话：0635-8268096

由 扫描全能王 扫描创建

一、检测技术规范、依据及使用仪器

检测方法及仪器设备：

项目类别	项目名称	标准代号	标准方法	仪器设备	仪器编号	检出限
地下水	pH值（无量纲）	GB/T5750.4-2006	玻璃电极法	pH计	KYj033	——
	总硬度（mg/L）	GB/T5750.4-2006	乙二胺四乙酸二钠滴定法	滴定管	——	1.0
	溶解性总固体（mg/L）	GB/T5750.4-2006	重量法	分析天平	KYj007	——
	耗氧量（mg/L）	GB11892-1989	酸性高锰酸钾滴定法	滴定管	——	0.5
	硝酸盐氮（mg/L）	GB/T5750.5-2006	紫外分光光度法	紫外分光光度计	KYj002	0.2
	亚硝酸盐氮（mg/L）	GB/T5750.5-2006	分光光度法	722N可见分光光度计	KYj001	0.001
	氨氮（mg/L）	GB/T5750.5-2006	纳氏试剂分光光度法	722N可见分光光度计	KYj001	0.02
	硫酸盐（mg/L）	GB/T5750.5-2006	铬酸钡分光光度法	722N可见分光光度计	KYj001	5
	挥发酚（mg/L）	GB/T5750.4-2006	4-氨基安替比林萃取光度法	722N可见分光光度计	KYj001	0.002
	硫化物（mg/L）	GB/T16489-1996	亚甲基蓝分光光度法	722N可见分光光度计	KYj001	0.005
	氟化物（mg/L）	GB/T5750.5-2006	氟试剂分光光度法	722N可见分光光度计	KYj001	0.05
	氯化物（mg/L）	GB/T5750.5-2006	硝酸银容量法	酸式滴定管	——	1
	总大肠菌群（MPN/L）	GB/T5750.12-2006	多管发酵法	SHX70III生化培养箱	KYj024	——
采样人员	郝胜涛、满庆鑫					
采样质控措施	检测、计量设备强检合格；人员持证上岗； 水质采取相应的质控措施保证数据的准确性。					
结论及评价	不做评价 以下空白 检验检测专用章 2018年11月15日					

编制： 审核： 批准：

2018年11月15日

由 扫描全能王 扫描创建

二、检测结果

2.1 地下水检测：

表1 地下水检测结果表

采样点位	1#老厂区处井点	2#新厂区处井点	3#陈段俞陈庄
检测项目 \ 采样时间	2018.11.07		
	10:27	11:11	12:38
pH值（无量纲）	6.68	6.53	6.88
总硬度（mg/L）	302	344	421
溶解性总固体（mg/L）	543	764	958
耗氧量（mg/L）	0.80	0.95	0.84
硝酸盐氮（mg/L）	0.28	0.72	0.98
亚硝酸盐氮（mg/L）	0.001	0.005	0.030
氨氮（mg/L）	0.11	0.10	0.05
硫酸盐（mg/L）	251	214	92.6
挥发酚（mg/L）	未检出	未检出	未检出
硫化物（mg/L）	未检出	未检出	未检出
氟化物（mg/L）	0.984	0.949	0.643
氯化物（mg/L）	227	210	235
总大肠菌群（MPN/L）	未检出	未检出	未检出

续表

附表 地下水监测期间参数统计表

检测日期	检测点位	采样时间	井深(m)	埋深(m)	水深(m)	水温（℃）
2018.11.07	1#老厂区处井点	10:27	400	15	385	6.1
	2#新厂区处井点	11:11	400	16	384	7.2
	3#陈段俞陈庄	12:38	20	8	12	7.3

以下为空白。

由 扫描全能王 扫描创建