

计量授权证书附件

3 1
共 页 第 页

机构名称：山东省大容量计量站

Name of organization

地址：青岛市崂山区科苑纬四路77号

Address

法人代表：宋述古

Legal representative

负责人：宋述古

Person in charge

主管部门：青岛市市场监督管理局

Competent authority

授权区域：山东省

Authorized region

授权形式：授权的法定计量检定机构

Authorized type

证书编号：(鲁)法计(2021)0018号

Number of certificate

发证日期：2021年08月10日

Issued on

有效日期：2024年08月09日

Valid to

发证机关：

Issued by



计量授权证书附件

共 页 第 页

序号 Number	授权检定 项目名称 Item of authorized verification	测量范围 Measurement range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty	依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to
1	球形金属罐	(30~5000) m ³	$U_{95}=0.3\% (k=2)$	JJG642-2007 《球形金属罐 容量检定规 程》
2	汽车油罐车	(3~70)m ³	$U_{95}=0.25\% (k=2)$	JJG133-2016 《汽车油罐车 容量检定规 程》
3	卧式金属罐	(10~100) m ³	$U_{95}=0.4\% (k=2)$	JJG266-2018 《卧式金属罐 容量检定规 程》
4	立式金属罐	(20~200000) m ³	$U_{95}=(0.1\%~0.3\%) (k=2)$	JJG168-2018 《立式金属罐 容量检定规 程》



计量授权证书附件

共 4 页 第 4 页

序号 Number	授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration /test	测量范围 Measurement range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty	依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to
1	球形金属罐	(30~5000) m ³	$U_m=0.3\% (k=2)$	JJG642-2007 《球形金属罐 容量检定规 程》
2	汽车油罐车	(3~70)m ³	$U_m=0.25\% (k=2)$	JJG133-2016 《汽车油罐车 容量检定规 程》
3	卧式金属罐	(10~100) m ³	$U_m=0.4\% (k=2)$	JJG266-2018 《卧式金属罐 容量检定规 程》
4	立式金属罐	(20~200000) m ³	$U_m= (0.1\% \sim 0.3\%) (k=2)$	JJG168-2018 《立式金属罐 容量检定规 程》

