

HUAKE 华科检测
TEST & TECHNOLOGY

www.hnhuakejc.com

华科检测字环质(2020)



171812050933



湖南华科环境检测技术服务有限公司

Hunan Huake Environmental Test & Technology Service Co., Ltd

检 验 报 告

TEST REPORT

报 告 编 号: G2004-220

(Report number)

项 目 名 称: 微波灭菌效果检测

(Name of project)

委 托 单 位: 宿迁中油优艺环保服务有限公司

(Client)

报 告 日 期: 二零二零年四月二十六日

(REPORT DATE)

报告编制说明

- 1、检测报告无公司检测报告专用章、计量认证章、骑缝章无效。
- 2、检测报告内容需填写齐全、清楚；涂改、无审核/签发者无效。
- 3、委托方对本报告如有疑问或异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出复核申请，逾期则视为认可检测结果。微生物检验结果不受理复核申请。
- 4、由委托单位自行采集送检的样品应有样品来源书面说明，本公司仅对该样品的检测数据负责。
- 5、未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。
- 6、未经本公司书面批准，本报告数据不得用于商业广告、不得作为诉讼的证据材料。
- 7、对不可重复性试验的样品不进行复检。
- 8、除委托方特别申明并支付样品管理费，样品均不作留样。

湖南华科环境检测技术服务有限公司

地址：长沙市雨花区长沙国际企业中心第四期 11 栋 604 房

电话：0731—84215738

传真：0731—84780446

湖南华科环境检测技术服务有限公司

Hunan Huake Environmental Test & Technology Service Co., Ltd

报告编号: G2004-220

第 3 页, 共 5 页

样 品 名 称	微波灭菌效果(消毒菌片)	样 品 来 源	委托方送样
委 托 单 位	宿迁中油优艺环保服务 有限公司	检 测 单 位	湖南华科环境检测 技术服务有限公司
委 托 人 / 陪 同 人	葛 宇	采 样 人	——
商 标	——	生 产 厂 家	——
型 号 规 格	——	收 样 日 期	2020.04.18
编 号 或 批 号	——	检 验 日 期	2020.04.18
样 品 数 量	3 份	检 毕 日 期	2020.04.25
样 品 状 态 描 述	灭菌监测包完好		
检 验 依 据	《消毒技术规范》(2002 年版)		
检 验 项 目	微波灭菌效果检测(枯草杆菌黑色变种芽孢)		

(本页以下空白)



报告编号: G2004-220

检验结果

第 4 页, 共 5 页

试验序号 (次)	阳性对照组菌落数 (CFU/片)	试验菌片残留菌落数 (CFU/片)	杀灭对数值 (KL)
1	8.32×10^5	0	5.92
2	9.26×10^5	0	5.97
3	9.07×10^5	0	5.96
平均值	8.88×10^5	0	5.95

(本页以下空白)

检验
合格

报告编号: G2004-220

检验结果

第 5 页, 共 5 页

检验结论

经检验, 所检设备对枯草杆菌黑色变种芽孢消毒效果符合 HJ/T 229-2006 《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范(试行)》要求。



报告编制人: 杨南

签发人: [Signature]

校核人: [Signature]

签发日期: 2020年04月26日